

උපලේඛනය 01
Quotation Calling for
" High-Precision Digital Laboratory Balance – 1000g "

- 01.ආයතනයේ නම -
- 02.ආයතනයේ අයිතිකරු / කළමනාකරුගේ නම -
- 03.ආයතනයේ ලිපිනය -
- 04.දුරකථන අංකය / ෆැක්ස් අංකය -

Item	Description <u>(High-Precision Digital Laboratory Balance – 1000g)</u>	Bidder Offer (Yes / No)	If “No” Indicate Your Offer
Model	Specify		
Make	Specify (Should be world recognize brand)		
Country of Origin	Specify		
Type	High-precision electronic laboratory balance		
Application	Ayurvedic Herb and Powder Measurement.		
Maximum Load	1 kg		
Minimum Readability	0.01 grams (10 milligrams)		
Weighing Units	grams (g), ounces (oz), carats (ct), and grains (gn)		
Display	Large backlit LCD display with digital readout		
Platform Material	Non-corrosive stainless steel		
Platform Size	Minimum 10 × 10 cm		
Body Material	Durable ABS plastic or polycarbonate housing		
Tare Function	Required		
Calibration	External manual calibration using supplied standard calibration weight		
Wind Shield / Draft Cover	Transparent windproof enclosure to ensure stable readings		

Continue Next page

Power Supply	AC power adapter and/or rechargeable battery or AA battery option		
Overload Protection	Must include an overload warning or system protection		
Auto Power-Off	Included		
Operating Conditions	10°C to 40°C; humidity up to 80% RH		
Certifications	Must comply with ISO 9001 or CE or equivalent standard.		
Warranty	Minimum One Year Manufacture Warranty.		
Required Scale Qty	01		
Price per Unit without Vat (With Transport)	Rs.		
Price per Unit with Vat (With Transport)	Rs.		
Number of Registered Vat			

මිල ගණන් ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා මෙම ආකෘතිය ප්‍රමාණවත් නොවේ නම් ඇමුණුම් වශයෙන් ඉදිරිපත් කිරීමට හැකියාව ඇත. භාණ්ඩ කුලියාපිටිය නගර සභාව වෙත ප්‍රවාහනය කිරීමට මිල ගණන් ඉදිරිපත් කළ යුතුයි. (අදාළ ප්‍රවාහන පිරිවැය එකතු කළ මිල ඉදිරිපත් කරන්න)

වෙනත් විස්තර

.....
.....

කොන්දේසි

01. ද්‍රව්‍ය / සේවාව සැපයුම් දින සිට දින 30ක කාලයක් ගෙවීම් කිරීම සඳහා ලබා දීමට එකඟ වෙමි.
02. නියමිත ප්‍රමිතිය රහිතව ඉදිරිපත් කරන ද්‍රව්‍ය / සේවාව වෙනුවෙන් නගර සභාව විසින් ගනු ලබන තීරණ සඳහා එකඟ වෙමි.
03. ඔබ ඉදිරිපත් කරන ලංසුව අවම වශයෙන් දින 49ක කාලයක් වලංගු විය යුතු ය.
04. ද්‍රව්‍ය / සේවාව සැපයීම වෙනුවෙන් අවසන් තීරණය කුලියාපිටිය නගර සභාවේ ප්‍රසම්පාදන කමිටුව සතු බව පිළිගනිමි.

.....

අත්සන සහ නිල මුද්‍රාව
ආයතනයේ අයිතිකරු / කළමනාකරු

